

PRODOTTO / *PRODUCT* : CONTACT SLIDE 2LOTTO / *BATCH* : 092921107DATA PRODUZIONE / *PRODUCTION DATE* : 29.09.2021DATA SCADENZA / *EXP. DATE* : 2022.06.26**TEST DI STERILITÀ / *STERILITY TEST***according to ISO 2859-1  
Special Inspection Level :S-3

20 ± 2°C (after 7 days)	-
37°C(after 24 h)	-

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS***

Microbiological growth acc. to ISO 11133-1 and ISO 11133-2

Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	24 h - 48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	37 °C ± 2 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	√ O <sub>2</sub> CO <sub>2</sub>

MEDIUM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZZANTE		ROSE BENGAL CAF + NEUTRALIZZANTE	
	<i>Growth/Colour</i>		<i>Growth/Colour</i>	
<i>Microorganism</i>	Theoretical results	Result of conformity	Theoretical results	Result of conformity
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+ red	☒	-	☒
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	+ pink-red	☒	+ pink-white	☒
<i>Aspergillus niger</i> ATCC16404	± pink	☒	+white/black	☒
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	+ red	☒	-	☒
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	+ red	☒	-	☒
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> . ATCC 9763	± pink-red	☒	+ pink-white	☒
<i>pH at 25°C</i>	7.0 ± 0.2	<b>6.8</b>	7.2 ± 0.2	<b>7.1</b>

(+) = Crescita / Growth    (-) = Inibizione / Inhibition    (±) = Inibizione parziale/Partial inhibition

LOTTO / *BATCH* : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / *DATE* : 07.10.2021Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)*Dario Vitagliano*